

CONTROLEDOCUMENT AED-Toestel in lockerruimte 2020

Leverancier: AED Solutions telf. 0495-563445 Maurice Volleberg 06-23121715

Type AED : LIFEPAK CR Plus halfautomaat

Serienummer: 43038374

Aankoop: 10-02-2015

looptijd onderhoudscontract: van 01-02-2015 t/m 31-01-2020

let op: begin 2020 melding doen bij AED Solutions om de elektroden en batterijen te vervangen voor 3 mei 2020.

Datum: 2019	Gecontroleerd door:	Display AED zichtbaar	electrode vervangen voor 3 mei 2020
		ja of nee	
13 jan.t/m 19 jan.	Annette Mertens		
27 jan.t/m 2 febr.	Jac Kessels		
10 febr.t/m 16 febr.	Harry Schoenmakers		
24 febr. t/m 1 maart	Noud Janssen		
9 maart t/m 15 maart	Hans Ittmann		
23 maart t/m 29 maart	Han Orbons		
6 april t/m 12 april	Wim Orbons		
20 april t/m 26 april	Har Deckers		
4 mei t/m 10 mei	Frans Bergmans		
18 mei t/m 24 mei	Huib Kneepkens		
1 juni t/m 7 juni	Louis Beumers		
15 juni t/m 21 juni	Jo Vossen		
29 juni t/m 5 juli	Frits Nellissen		
13 juli t/m 19 juli	Herman van Lier		
27 juli t/m 2 juli	Jos Vierkotten		
10 aug. t/m 16 aug.	Dré Thiessen		
24 aug. t/m 30 aug.	Miek Beumers		
7 sept. t/m 13 sept.	Annette Mertens		
21 sept. t/m 27 sept.	Jac Kessels		
5 okt. t/m 11 okt.	Harry Schoenmakers		
19 okt. t/m 25 okt.	Noud Janssen		
2 nov. t/m 8 nov.	Hans Ittmann		
16 nov. t/m 22 nov.	Han Orbons		
30 nov. t/m 6 dec.	Wim Orbons		
14 dec. t/m 20 dec.	Louis Beumers		
28 dec. t/m 3 januari 2021	Frans Bergmans		